

HerculesTM **Balloon**

Ballon-Inflationskatheter

Produktübersicht

Produktbezeichnung


Referenz	Maximaler Inflationsdiameter (mm)	Arbeitslänge Schaft(mm)
HD40-100	40mm	100cm

Produktangaben

	D	V
Ballondiameter (D) und korrespondierendes Füllungsvolumen (V)	26mm	12 ± 2ml
	31mm	18 ± 2ml
	36mm	24 ± 3ml
	40mm	34 ± 3ml
Führungsdrahtkompatibilität	0.035"	
Schaftprofil	10F	
Empfohlene Schleuse	14F	

Material

Balloon	Polyurethan (PU)
Tube	Polyurethan (PU)
Ringmarker	Platin-Iridium (Pt/Ir)
Dreiwegehahn	Polykarbonat (PC)
Y-Konnektor	Polykarbonat (PC)



Lombard Medical Technologies GmbH, Werner-Haas-Straße 8, 86153 Augsburg, Deutschland
Tel: +49 (0)8214 5556 Email: germanyinfo@endovastec-lm.com Website: www.lombardmedical.de

Alle hier aufgeführten Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber in den entsprechenden Ländern. Diese Produkte sollen nur von einem dafür ausgebildeten Arzt verwendet werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, mögliche Nebenwirkungen und Anleitungen zum Einsatz finden Sie in der Gebrauchsanweisung und der Produktkennzeichnung, die jedem Produkt beiliegen. Werbung, Vertrieb oder Verkauf dieser Produkte ist in Ländern verboten, in denen die Registrierungsbescheinigungen oder andere Lizenzen nicht vorliegen. Diese Broschüre ist nur zur Verwendung durch die Personen gedacht, denen sie zur Verfügung gestellt wurde und darf darüber hinaus nicht großflächig als Werbung verbreitet werden. Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hercules Balloon™ wird von MicroPort Endovastec hergestellt und in Europa von Lombard Medical Limited vertrieben.
Das Produkt ist aktuell nicht zum Verkauf in den Vereinigten Staaten verfügbar. ©2026 Lombard Medical Technologies GmbH. Alle Rechte vorbehalten. D01519_ENG A